

DT RDA-400-B AŞI SAKLAMA DOLABI

+4°C



Çalışma aralığı	+2°C / +8°C
Hacim Net /Brüt	365/390 lt
Ayarlanmış ısı	+4 °C
İç ölçüler (G x D x Y)	51 x 47 x 156 cm
Dış ölçüler (G x D x Y)	60 x 61 x 189 cm
Dijital Kontrol	Var
Soğutucu gaz	R600
Alarm (ısı,kapı açık)	Var
İç aydınlatma	Var
İç gövde	Plastik
Kapı kilidi	Var
Defrost	Otomatik
Raf Sayısı	5
Ağırlık Net/Brüt	75 /80 kg
Tekerlek	2 ön rotli / 2 silindir
Menşei	Türk Malı

GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
2. Cihazın kullanılabilir hacmi en az 350 litre olmalıdır.
3. Cihaz dış ölçüleri G:60 x D: 61 x Y:189 cm olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kontrolü, +2 / +8°C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır. Cihazın fabrika çalışma set değeri +4°C olarak ayarlanmış olmalıdır
5. Cihaz, +15°C /+40°C ortam sıcaklığında çalışabilen kompresöre sahip olmalıdır.
6. Cihazın kabin içi aydınlatması olmalıdır. Kullanıcı bunu istediği zaman aç-kapa yapabilmelidir.
7. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL ekran olmalıdır.
8. Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatu 0,1ya da 0,5 hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DİJİTAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir
9. Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılabilir hacim PVC(plastik) olmalıdır.
10. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 5 adet tel raf bulunmalı cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır
11. Cihaz karlanma yapmayı engelleyen otomatik defrost sistemine sahip olması gerekmektedir.
12. Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır
13. Cihazın alarm sistemi;Alt-üst limit sıcaklıklar aşıldığında ve kapı açık kaldığında kullanıcıyı sesli olarak uyarmalıdır.
14. Cihaz blok kapılı olmalıdır.
15. Cihaz özel kapı menteşe sistemi ile kendinden kapanır özellikte olmalıdır.
16. Cihaz gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
17. Cihazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet ön rotli ayak/ 2 adet arka silindir tekerleği bulunmalıdır.
18. Cihaz firma üretim, tasarım, ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
19. Cihazın ISO 9001:2015, TSE Hizmet yeterlilik ,ISO 13485:2016 ve Yerli malı belgeleri bulunmalıdır.
20. Cihaz yerli üretim olmalıdır.
21. Cihaza isteğe bağlı olarak Dokunmatik TFT ekran ve yazıcı takılabilmelidir.



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr

AŞI SAKLAMA DOLAPLARI