AŞI SAKLAMA DOLAPLARI

DT EMS 1450 CAM KAPAKLI AŞI DOLABI

+4°C

Çalışma aralığı	°C	+2°C / +8°C
Hacim Net / Brüt	Lt	1276/1350
UBB kodu		Yok
Ayarlanmış ısı	°C	4
İç ölçüler (G x D x Y)	cm	137 x 69 x 135
Dış ölçüler (G x D x Y)	cm	145 x 82 x 200
Dijital Kontrol		Var
Soğutucu Gaz		R134a
Alarm (ısı,elektrik,açık kapı)		Var
İç aydınlatma		Var
İç gövde		Paslanmaz
Kapı kilidi		Var
Defrost		Otomatik
Raf Sayısı	Adet	5 + 5
Ağırlık Net/Brüt	Kg	425/430
Tekerlek	Adet	4 hareketli
Menşei		Türk Malı

GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihazın hacmi Brüt 1350 lt Net 1276 lt olmalıdır.
2. Cihazın üstünde sıcaklık verilerini hafızaya alabilmesi için Opsiyonel olarak USB girişi bulunmalıdır ve bu özellik sayesinde sıcaklıkların PC ye aktarılması sağlanmalıdır.
3. Cihazın yan tarafında istenildiğinde kullanılabilecek prob girişi bulunmalıdır.
4. Cihazın en az 82 cm x 145 cm x 200 cm ölçülerinde olmalıdır.
5. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C 'ye set edilmelidir
6. Cihazın kabin içi aydınlatması floresan ya da Led lamba ile sağlanmalıdır.
7. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL ekran olmalıdır.
8. Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendiside ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle okuma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.)
9. Cihazın dışı paslanmaz çelik üzeri elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim 304 kalite paslanmaz olup, kolay temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 10 adet tel raf bulunmalı ve cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip olmalı ve bunun sonucunda soğutma evaporatörün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost yapabilmelidir.
12. Cihazdaki mikro işlemcili dijital termometre termostat 4 haneli şifreye sahip olmalı sadece kullanıcı tarafından menüye giriş yapılabilmelidir.

Cihazın alarm sistemi;Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,Cihazın kapısı açık kaldığında,Elektrik kesintisi ve düşük voltajda kullanıcıyı sesli olarak uyarmalıdır.

15. Cihazın içteki kontrol sistemi kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır.
16. Cihazda stok kontrolünü sağlamaya imkan veren manyetik contalı, CAM kapaklı kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.
17. Cihaz gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.
18. Cihazın kolay taşınabilmesi için 2 adet stoplu 2 adet hareketli tekerleği bulunmalıdır.
19. Cihaz firma üretim, tasarım ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
20. Cihazın ISO 9001:2008, CE, TSE Hizmeti Yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmelidir.

DT DUYGU LTD.ŞTİ
Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr