

350 litre Blok kapaklı AŞI SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihazın net ve brüt hacmi en az 350 Litre olmalıdır.
- 2- Cihazın sıcaklık kontrolü +2 ile +8 derece aralığında olmalıdır. Cihazın fabrika çalışma set değeri +4 derece olarak ayarlanmış olmalıdır.
- 3- Cihaz en az ayarlanabilir 5 adet rafa sahip olmalıdır
- 4- Cihazın derece göstergesi dijital olmalıdır ve kontrol ayarlama tuşu gizli olmalıdır.
- 5- Cihaz sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0,1 °C olmalıdır.
- 6- Cihaz CFC içermeyen yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş en az 38 mm kalınlığında poliüretan izolasyon duvarları ile düşük enerji tüketimi sağlamalıdır.
- 7- Cihazın dış gövdesi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı dış gövde olmalıdır.
- 8- Cihazın iç gövdesi Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 9- Cihaz en az 55 cm genişlik , 55 cm derinlik , 195 cm yüksekliğe sahip olmalıdır.
- 10- Cihazın kabin iç aydınlatması LED lamba ile sağlanmalıdır. Cihaz üzerinden kolaylıkla açılıp kapanabilmelidir.
- 11- Cihaz yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve kapı açık olması durumunda sesli alarm sistemi ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
- 12- Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip olmalıdır.
- 13- Cihazın kapısı Blok kapı sistemine sahip olmalı ve bu kapı manyetik contalı olmalıdır.
- 14- Kapı kilitlenebilir olmalıdır.
- 15- Cihaz, 220 V / 230 V / 240 V- 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
- 16- Üretici ISO 9001, ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.
- 17- Cihaz yerli üretim ve 2 yıl garantili olmalıdır.